Rx only
Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

ENGLISH

Contents
Angiographic Catheter

Device description
The Angiographic Catheter is a braided intravascular catheter designed to deliver contrast medium into selected blood vessels during an angiographic procedure to facilitate the visualization of the vascular system of a target area, which offers the clinical benefit for diagnosis and treatment of vascular disease. For details regarding catheter dimensions, tip-shape, guidewire compatibility and maximum injection pressure refer to the product labels.

Intended Use
The PendraCare Angiographic Catheters are designed to deliver radiopaque contrast media to selected sites in the vascular system during diagnostic and/or interventional catheterization procedures in a blood vessel.

Patient Target Group
Patients suffering from vascular disease or other anomalies that require contrast media-enhanced intravascular visualization of selected sites in the vascular system.

Intended Users and Use Environment
The target users are medical professionals trained in performing diagnostic procedures with intravascular catheters in an appropriate clinical setting such as an interventional suite, catheterization laboratory or operating room. The device is exclusively designed for physicians who are trained in procedures with angiographic catheters and are familiar with the conceivable complications, side-effects and hazards of vasculature procedures.

Indications
Angiographic catheters are designed to deliver radiopaque contrast medium to selected sites in the vascular system.

Contraindications
None known.

Warnings
- Refer to the symbol section of the Instructions for Use.
- Do not use the product beyond the "use by" date specified on the label has expired.
- Catheters are supplied nonpyrogenic and sterile using an ethylene oxide (EO) sterilization method. Do not use the catheter if its sterile barrier and/or packaging is compromised.
- Catheters are for single-procedure-use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the catheter and/or lead to product failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Catheters are extremely difficult to clean after exposure to biological materials. Reuse, reprocessing or resterilization may create a risk of contamination of the catheter and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the catheter may lead to injury, illness or death of the patient.
- Inspect the catheter before use to verify that its size, shape and condition are suitable for the specific procedure. Do not use damaged catheters.
- Before and during use, flush the catheter with sterile heparinized saline solution to prevent or reduce blood clotting and air embolism. Use of systemic heparinization should be considered. In case of multiple use within the same procedure make sure the catheter is flushed and cleaned on the outside.
- Do not expose to organic solvents. (Such as Lipiodol/Ethiodol)
- Do not exceed the maximum injection pressure indicated on the label.
- Following use, a catheter may pose a biological hazard. Handling, disposal and destruction of used catheter and its packaging should be performed in accordance with applicable laws and regulations and following adequate processes.

Precautions
- Indications, contraindications and use of this catheter should always consider actual medical insights and standards. The patient's suitability for use of the product should be considered.
- Administration of pre-, intra- and postoperative medication should be performed according to actual medical standards.
  To avoid catheter tip damage at unpacking, take the catheter at the hub and lift up gently. Always handle the catheter with utmost care. Careless handling at unpacking or during preparation can affect product performance.
- In order to avoid catheter damage and blood vessel damage, introduce, advance, and withdraw the catheter through a catheter sheath introducer and over a pre-positioned guidewire.
- When inserting a catheter with a pigtail tip-shape over a guidewire that is positioned in the patient, the pigtail tip should be straightened carefully only with a tip-straightener to avoid tip damage. Do not straighten by hand.
  Take extreme care to avoid damage to the vasculature through which the catheter passes. The catheter may occlude smaller vessels. Care must be taken to avoid complete blood flow blockage.
- Advancement, manipulation and withdrawal of the catheter should always be performed under fluoroscopic guidance.
- Should the catheter shaft become severely kinked, withdraw the entire system (angiographic catheter, guidewire and catheter sheath introducer). Excessive torquing could damage the catheter, leading to possible catheter breakage.
  If strong resistance is encountered during manipulation, discontinue the procedure and determine the cause of the resistance before proceeding. If the cause of the resistance cannot be determined, withdraw the catheter. Simultaneous retraction of all used devices can be considered.
- Withdrawing the catheter from the vasculature and/or guidewire from catheter lumen should be carried out with utmost care.
- Store catheter in a cool, dry, dark place.

Complications
Possible complications include, but are not limited to the following:
- Arrhythmia
- Bleeding complications
- Death
- (Air) Embolism
- Haematoma at the puncture site
- Haemorrhage
- Infection
- Myocardial ischemia and/or infarction
- Neurological deficit including Transient Ischemic Attack/Stroke
- Plaque migration
- Pseudoaneurysm
- Thrombus formation
- Vessel trauma including dissection, perforation and/or rupture
- Vessel occlusion
- Vessel spasm

Directions for Use
- Carefully take the catheter from its packaging.
- Flush the catheter with sterile heparinized saline solution.
- Introduce the catheter into the vasculature over an indwelling guidewire using a percutaneous entry technique of choice and carefully advance the catheter to the desired location under fluoroscopic control.
- After removing the guidewire, angiography can be performed.
- For catheter removal, reinsertion of the guidewire is recommended. Carefully withdraw the catheter under fluoroscopic control.
- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the member State in which the user and/or patient is established.

Link to Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)
The Summary of the Safety and Clinical Performance (SSCP) is available in the European database on medical devices (Eudamed).
This Angiographic Catheter has Basic UDI-DI: 18122PCI-AC22K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Disclaimer of Warranty and Limitation of Remedy
PendraCare International B.V. has exercised reasonable care in the manufacture of this product.
There is no express or implied warranty, including without limitation any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, on the PendraCare product described in this publication. Under no circumstances shall PendraCare be liable for any direct, incidental or consequential damages other than as expressly provided by applicable law. No person has the authority to bind PendraCare to any representation or warranty except as specifically set forth herein.
Descriptions or specifications in PendraCare printed matter, including this publication, are meant solely to generally describe the product at the time of manufacture and do not constitute any express warranties.
PendraCare International B.V. will not be responsible for any direct, incidental or consequential damages resulting from reuse of the catheter.

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing
Angiografiekatheter

Inhoud:
Angiografiekatheter

Beschrijving instrument
De angiografiekatheter is een gevlochten, intravasculaire katheter voor het toedienen van contrastmiddel in bepaalde bloedvaten tijdens een angiografieprocedure om een bepaald doelgebied in het vaatsysteem zichtbaar te maken, wat het klinische voordeel biedt voor de diagnose en behandeling van vaatziekten. Zie de productlabels voor informatie over de afmetingen, tipvorm, geleidedraad en max. inspuitdruk van de katheter.

Beoogd gebruik
De angiografiekatheters van Pendracare zijn ontworpen om radiopaak contrastmiddel af te geven op geselecteerde plaatsen in het vaatsysteem tijdens diagnostische en/of interventionele katheterisatieprocedures in een bloedvat.

Patiëntengroep
Patiënten met vaatziekten of andere anomaliën waarvoor een met contraststmiddel verstrekte intravasculaire visualisatie van geselecteerde plaatsen in het vaatsysteem is vereist.

Beoogde gebruikers en gebruiksomgeving
De beoogde gebruikers zijn medische professionals die zijn opgeleid in het uitvoeren van diagnostische procedures met intravasculaire katheters in een geschikte klinische omgeving, zoals een interventiekamer, katheterisatielaboratorium of operatiekamer. Het hulpmiddel is uitsluitend ontworpen voor artsen die zijn opgeleid in procedures met angiografiekatheters en die bekend zijn met de denkbare complicaties, neveneffecten en gevaren van vasculaire procedures.

Indicaties
Angiografiekatheters zijn ontwikkeld voor het toedienen van niet-stralingsdoorlatende contrastvloeistof aan bepaalde delen van het vaatsysteem.

Contra-indicaties
Geen bekend.

Waarschuwingen
- Zie het hoofdstuk Symbolen in de Gebruiksaanwijzingen.
- Gebruik het product niet als de uiterste gebruiksdatum die aangegeven staat op het label is verstreken.
- De katheters worden niet-pyrogeen en steriel (met ethyleenoxide (EO) gesteriliseerd) geleverd. Gebruik de katheter niet als de steriele barrière en/of verpakking is beschadigd.
- De katheters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren. Hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan de integriteit van de katheter tenietdoen en/of leiden tot storingen die op hun beurt kunnen leiden tot letsel, ziekte of overlijden. Katheters zijn zeer moeilijk te reinigen na blootstelling aan biologische materialen. Hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan tot besmetting van de katheter en/of patiëntinfectie of kruisinfectie leiden, waaronder, maar niet beperkt tot, de overdracht van infectieziekte(n) tussen patiënten onderling. Besmetting van de katheter kan tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt leiden.
- Controleer de katheter vóór gebruik op de juiste maat, vorm en conditie voor de specifieke ingreep. Gebruik geen beschadigde katheters.
- Spoel de katheter voor en tijdens gebruik met een steriele heparine-zoutoplossing om bloedstolsels en luchtembolieën te voorkomen. Het gebruik van systemische heparine dient te worden overwogen. Bij meervoudig gebruik tijdens dezelfde ingreep dient erop te worden toegezien dat de katheter wordt gespoeld en aan de buitenkant wordt schoongemaakt.
- Niet blootstellen aan organische oplosmiddelen (zoals Lipiodol/Ethiodol).
- Max. inspuitdruk (zie label) niet overschrijden.
- De katheter kan na gebruik een biologisch gevaar inhouden. Het hanteren, afvoeren en vernietigen van de gebruikte katheter en verpakking moet volgens de geldende wet- en regelgeving en conform adequate processen plaatsvinden.

Voorzorgsmaatregelen
- Bij indicaties, contra-indicaties en gebruik van deze katheter moeten altijd de actuele medische inzichten en standaarden worden gevolgd. Be geschiktheid van de patiënt voor het gebruik van dit product dient te worden bekeken.
- Toediening van pre-, intra- en postoperatieve medicatie moet plaatsvinden volgens de actuele medische standaarden.
  Om beschadiging van de kathetertip bij het uitpakken te voorkomen, moet de katheter voorzichtig aan de koppeling uit de verpakking worden gehaald. Behandel de katheter altijd met de grootst mogelijke zorg. Onvoorzichtig hanteren bij het uitpakken of tijdens het prepareren, kan de prestaties van het product beïnvloeden.
- Om beschadiging van de katheter en bloedvaten te voorkomen, moet de katheter met behulp van een introducteursteem en over een vooraf geplaatste geleidedraad worden ingebracht, voorzichtig opgeschoven en teruggetrokken.
- Als een Pigtail-katheter over een geleidedraad wordt ingebracht, moet de tip van de Pigtail-katheter voorzichtig met een zgn. tip-strajchtener recht gestrekken om beschadiging van de tip te voorkomen. Niet met de hand strekken.
  Wees zeer voorzichtig om beschadiging van het door de katheter gepasseerde vaatstelsel te voorkomen. De katheter kan kleinere vaten blokkeren. Let op dat de bloedstroom niet wordt geblokkeerd.
- Het opvoeren, manipuleren en terugtrekken van de katheter moet altijd met gebruik van fluoroscopie te geschieden.
  Als de katheterschacht ernstig knikt, moet het complete systeem (d.w.z. geleidekatheter, geleidedraad en introducteursysteem) worden teruggetrokken. Overmatige torsie kan de katheter beschadigen en kan ertoe leiden dat de katheter breekt.
- Als bij het manipuleren veel weerstand optreedt, moet de procedure te worden afgebroken en de oorzaak voor de weerstand worden bepaald, voordat de ingreep wordt voortgezet. Als de oorzaak voor de weerstand niet kan worden bepaald, moet de katheter worden teruggetrokken. Overweeg eventueel het gelijktijdig terugtrekking van alle gebruikte medische hulpmiddelen.
- Het terugtrekken van de katheter uit het vaatstelsel en/of de geleidedraad van het katheterlumen moet met de grootst mogelijke voorzichtigheid gebeuren.
- Bewaren op een koele, droge, donkere plaats

Complicaties
Mogelijke complicaties zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
- Aritmie
- Bloedingscomplicaties
- Overlijden
- (Lucht)embolielek
- Hematoma bij het inbrengpunt
- Bloeding
- Infectie
- Myocardiale ischemie en/of myocardaal infarct
- Neurologische afwijking waaronder Transient Ischemic Attack (voorbijgaande ischemische aanval)/beroerte
- Migratie van plaque
- Vals aneurysma
- Trombi
- Vaatbeschadiging waaronder dissectie, perforatie en/of ruptuur
- Vaatafsluiting
- Vaatspasme

Gebruiksaanwijzing
- Pak de katheter voorzichtig uit de verpakking.
- Spoel de katheter met steriele heparine-zoutoplossing.
- Breng de katheter percutaan over een penterende geleidedraad in het vaatstelsel in via een percutane invoertechniek naar keuze, en voer de katheter onder fluoroscopische doorlichting voorzichtig op naar de gewenste locatie.
- Na verwijdering van de geleidedraad kan met de angiografie worden begonnen.
- Het wordt aanbevolen de geleidedraad opnieuw te plaatsen voor het terugtrekken van de katheter. Trek onder fluoroscopische doorlichting de katheter voorzichtig terug.
- Elk ernstig incident dat opgetreden is in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Link naar de samenvatting van de veiligheids- en klinische prestaties (SSCP)
De samenvatting van de veiligheids- en klinische prestaties is beschikbaar in Europese databank voor medische hulpmiddelen (Eudamed).
Deze angiografiekatheter heeft Basic UDI-DI: 18122PCI-AC22K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Vrijwaringsclausule van garantie en beperking van aansprakelijkheid
PendraCare International B.V. heeft bij de productie van dit product redelijkerwijs alle zorgvuldigheid in acht genomen.
Er wordt met betrekking tot het in deze publicatie beschreven PendraCare-product geen uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende garantie verleend, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige stilzwijgende garanties ten aanzien van verkoopbaarheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel. PendraCare is onder geen beding aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, bijkomstige schade of gevolgschade, tenzij de wet dit nadrukkelijk voorschrijft. Behoudens de in dit document specifiek aangegeven gevallen is niemand gerechtigd om PendraCare te houden aan enige garantie dan wel toezegging.
Beschrijvingen of specificaties in het drukwerk van PendraCare, waaronder deze publicatie, zijn uitsluitend bedoeld als algemene beschrijving van het product op het moment van productie en vormen geenszins een garantie in welke vorm dan ook.
PendraCare International B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade, bijkomstige schade of gevolgschade ten gevolge van hergebruik van de katheter.

DEUTSCH

Gebrauchsinformationen
Angiographiekatheter

Inhalt
Angiographiekatheter

Produktbeschreibung
Der Angiographiekatheter ist ein gewebter intravaskulärer Katheter, der für die Einbringung von Kontrastmittel in ausgewählte Blutgefäße bestimmt ist, um bei angiographischen Untersuchungen die Visualisierung des Gefäßsystems in einem Zielbereich zu ermöglichen, die den klinischen Nutzen für die Diagnose und Behandlung von Gefäßkrankheiten bietet Einzelheiten bezüglich Katheterabmessungen, Spitzenform, Führungsdrahtkompatibilität und maximalem Injektionsdruck sind den jeweiligen Produktetiketten zu entnehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Angiographiekatheter von PendraCare sind für die Einbringung von strahlendurchlässigen Kontraststmitteln in ausgewählte Bereiche des Gefäßsystems bei diagnostischen und/oder interventionellen Katheterisierungen in einem Blutgefäß bestimmt.

Patienten-Zielgruppe
Patienten mit Gefäßerkrankungen oder anderen Anomalien, die eine kontrastmittelverstärkte intravaskuläre Visualisierung ausgewählter Bereiche des Gefäßsystems erfordern.

Bestimmungsgemäße Anwender und Einsatzumgebung
Die Anwender-Zielgruppe sind medizinische Fachkräfte, die darin geschult sind, diagnostische Verfahren mit intravaskulären Kathetern in einem geeigneten klinischen Umfeld, wie z. B. in einem Eingriffsraum, Katheterlabor oder Operationssaal, durchzuführen. Das Produkt ist ausschließlich für Ärzte konzipiert, die in Verfahren mit Angiographiekathetern geschult sind und mit den denkbaren Komplikationen, Nebenwirkungen und Gefahren von Gefäßverfahren vertraut sind.

Indikationen
Angiographiekatheter sind für die Einbringung von strahlenundurchlässigem Kontraststmittel in ausgewählte Bereiche des Gefäßsystems bestimmt.

Kontraindikationen
Keine bekannt.

Warnhinweise
- Nehmen Sie in der Gebrauchsanweisung Bezug auf den Bereich mit den Symbolen.
- Das Produkt nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Die Katheter werden mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert und steril und nicht-pyrogen geliefert. Der Katheter sollte nicht verwendet werden, wenn dessen Sterilität nicht mehr gewährleistet ist (z. B. durch beschädigte Verpackung).
- Die Katheter sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Durch Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisierung kann die strukturelle Unversehrtheit des Katheters beeinträchtigt werden und/oder ein Defekt verursacht werden, der wiederum Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten zur Folge haben kann. Katheter sind nach dem Kontakt mit biologischem Material extrem schwierig zu reinigen. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisierung kann das Risiko einer Kontamination des Katheters mit sich bringen und/oder zu einer Infektion oder Kreuzinfektion des Patienten führen, u. a. durch Übertragung einer (von) Infektionskrankheit(en) von einem Patienten zu einem anderen. Die Kontamination des Katheters kann zu Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten führen.
- Vor Verwendung sind der Katheter und dessen Verpackung auf Schäden, Größe, Form und Zustand für den betreffenden Eingriff geeignet sind. Beschädigte Katheter dürfen nicht verwendet werden.
- Vor und während der Anwendung ist der Katheter mit einer sterilen heparinisierten Kochsalzlösung zu spülen, um Blutgerinnung und Luftembolien zu vermeiden oder zu verringern. Systemische Heparinisierung ist zu erwägen. Wird derselbe Katheter während einer Untersuchung mehrfach verwendet, ist dieser sorgfältig zu spülen und von außen zu reinigen.
- Den Katheter nicht mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung bringen (wie z. B. Lipiodol/Ethiodol)
- Der auf dem Etikett angegebene maximale Injektionsdruck darf nicht überschritten werden.
- Nach der Verwendung können Katheter eine biologische Gefahr darstellen. Die Handhabung, Entsorgung und Vernichtung von gebrauchten Produkten und ihrer Verpackungen muss sollte gemäß den geltenden Gesetzen und Richtlinien und den angemessenen Prozessen durchgeführt werden.

Hinweise
- Indikationen, Kontraindikationen und Anwendung dieses Katheters sollten immer nach aktuellen medizinischen Standard und Wissen erfolgen. Der Patient muss für den Einsatz des Produkts geeignet sein.
- Die Einleitung der prä-, intra- und post-operativen Medikation sollte nach aktuellen medizinischen Standard erfolgen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen der Katheterspitze, den Katheter beim Auspacken am Anschluss anfassen und vorsichtig herausheben. Den Katheter immer mit größtmöglicher Sorgfalt behandeln. Durch unvorsichtige Handhabung beim Auspacken oder bei der Vorbereitung kann die Leistungsfähigkeit des Produktes beeinträchtigt werden.
- Um Beschädigung der Katheter und Blutgefäß beschädigen kann, sollte er zuvor über einen Katheter-Einführschaft und einen bereits positionierten Führungsdraht eingeführt und wieder zurückgezogen werden.
- Bei Einführung einer gerringten Katheterspitze über einen beim Patienten angebrachten Führungsdraht darf die Spitze lediglich vorsichtig mit einem speziell dafür vorgesehenen Instrument ausgerollt werden, um Beschädigungen der Katheterspitze zu vermeiden. Die Spitze darf nicht von Hand ausgerollt werden.
- Um eine Beschädigung jener Blutgefäße, durch die der Katheter geführt wird, zu vermeiden, ist äußerste Sorgfalt walten zu lassen. Der Katheter kann jedoch kleinere Blutgefäße verstopfen. Vorsicht ist geboten, um eine komplette Blockade des Blutflusses zu vermeiden.
  Das Einführen, die Handhabung und das Rückziehen des Katheters sollte immer unter einer Röntgenschirm erfolgen.
- Sollte der Katheterschaft stark geknickt werden, ist das gesamte System (Führungskatheter, Führungsdraht und Katheter-Einführschaft) zurückzuziehen.
  Ein übermäßiges Torquieren könnte den Katheter beschädigen und so möglicherweise zu einem Katheterbruch führen.
- Wenn während der Handhabung ein hoher Widerstand bzw. ein Hindernis zu spüren ist, brechen Sie den Eingriff ab und stellen Sie, bevor Sie fortfahren, die Ursache für den Widerstand fest. Wenn der Grund für den Widerstand nicht bestimmt werden kann, ist der Katheter zurückzuziehen. Ein gleichzeitiges Rückziehen aller verwendeten Geräte kann in Erwägung gezogen werden.
- Das Rückziehen des Katheters aus den Blutgefäßen und/oder des Führungsdrahtes vom Katheter-Lumen sollte mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden.
  Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

Komplikationen
Zu den möglichen Komplikationen zählen u. a.:
- Rhythmusstörungen
- Komplikationen durch Blutungen
- Tod
- (Luft-) Embolien
- Hämatome an der Punktionsstelle
- Hämorrhagie
- Infektionen
- Herzinfarkt oder Myokardischämie
- Neurologische Ausfälle einschließlich transitorischer ischämischer Attacke / Schlaganfall
- Plaquedislosung
- Pseudo-Aneurysma
- Thrombusformation
- Verletzungen an Blutgefäßen einschließlich Dissektionen, Perforationen und/oder Rupturen
- Verschluss von Blutgefäßen
- Gefäßkrämpfe

Gebrauchsanweisung
- Den Katheter vorsichtig aus der Verpackung nehmen.
- Den Katheter sowie sterilen heparinisierten Kochsalzlösung spülen.
- Den Katheter unter Anwendung einer beliebigen perkutanen Einführtechnik über einen verbliebenen Führungsdraht in das Blutgefäß einbringen und vorsichtig unter röntgenoskopischer Sicht bis in den Zielbereich vorschieben.
- Nach Entfernung des Führungsdrahtes kann die Angiographie durchgeführt werden.
- Zur Entfernung des Katheters wird die erneute Einführung des Führungsdrahtes empfohlen. Den Katheter unter röntgenologischer Sicht vorsichtig entfernen.
- Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Anwender und Patient niedergelassen sind, zu melden.

Link zum Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP)
Der Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) ist in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) abrufbar.
Dieser Angiographiekatheter besitzt die Basis UDI-DI: 18122PCI-AC22K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Garantieerklärung und Haftungsbeschränkung
PendraCare International B.V. hat bei der Herstellung dieses Produkts größtmögliche Sorgfalt walten lassen.
Für das in dieser Anleitung beschriebene PendraCare-Produkt wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie abgegeben, dies bezieht sich u. a. auf die stillschweigende Garantie zur Marktgängigkeit oder der Eignung für einen speziellen Zweck. Unter keinen Umständen kann PendraCare für irgendeinen direkten, beiläufigen oder Folgeschaden haftbar gemacht werden, ausgenommen davon sind Schäden, die ausdrücklich in einem bestimmten Gesetz vorgesehen sind. Keine Person hat die Befugnis, PendraCare an ein Recht oder eine Garantie zu binden, sofern nicht ausdrücklich hierin darauf hingewiesen wird.
Gedruckte Beschreibungen oder Spezifikationen von PendraCare, einschließlich dieses Schriftstücks, dienen einzig und allein der allgemeinen Beschreibung des Produkts zum Zeitpunkt der Herstellung und stellen keine ausdrückliche Garantieerklärung dar. PendraCare International B.V. ist nicht verantwortlich für irgendwelche direkten, beiläufigen oder Folgeschäden, die sich aus der Wiederverwendung des Katheters ergeben.

FRANÇAIS

Consignes d'utilisation
Cathéter angiographique

Contient:
Un cathéter angiographique

Description du dispositif
Le cathéter angiographique est un cathéter intravasculaire à tube tressé conçu pour administrer un produit de contraste dans des vaisseaux sanguins sélectionnés pendant une procédure angiographique afin de faciliter l'observation du système vasculaire d'une zone cible, ce qui offre l'avantage clinique pour le diagnostic et le traitement des maladies vasculaires. Pour de plus amples informations concernant les dimensions du cathéter, la forme d'embout, la compatibilité du guide et la pression d'injection maximale, consulter les étiquettes de produit.

Utilisation prévue
Les cathéters angiographiques PendraCare sont conçus pour administrer un produit de contraste radio-opaque à des sites sélectionnés du système vasculaire lors de procédures de cathétérisme diagnostique et/ou interventionnel dans un vaisseau sanguin.

Groupe cible de patients
Patients souffrant d'une maladie vasculaire ou d'autres anomalies nécessitant une visualisation intravasculaire améliorée par un produit de contraste de sites sélectionnés dans le système vasculaire.

Utilisateurs prévus et environnement d'utilisation
Les utilisateurs cibles sont des professionnels de la santé formés pour effectuer des procédures de diagnostic avec des cathéters intravasculaires dans un cadre clinique approprié tel qu'une salle d'intervention, un laboratoire de cathétérisme ou une salle d'opération. L'appareil est exclusivement conçu pour les médecins formés aux procédures avec des cathéters angiographiques et familiarisés avec les complications, les effets secondaires et les risques possibles des procédures vasculaires.

Indications
Les cathéters angiographiques sont conçus pour administrer un produit de contraste radio-opaque dans des zones sélectionnées du système vasculaire.

Contre-indications
Aucune contre-indication connue

Avertissements
- Consulter la partie des symboles dans le mode d'emploi.
- Ne jamais utiliser le produit si la date limite d'utilisation figurant sur l'étiquette a expiré.
- Les cathéters sont fournis non pyrogènes et stérilisés par traitement à l'oxyde d'éthylène (OE). Ne jamais utiliser le cathéter si son conditionnement ou la barrière stérile est endommagé(e).
- Les cathéters sont prévus pour être utilisés dans une seule et unique procédure. Ne jamais réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peut nuire à l'intégrité structurelle du cathéter et/ou engendrer une défaillance du dispositif qui pourra provoquer une blessure, une maladie, voire la mort du patient. Les cathéters sont extrêmement difficiles à nettoyer après leur contact avec des matières biologiques. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peut engendrer un risque de contamination du cathéter et/ou provoquer une infection ou une infection croisée chez le patient, y compris entre autres, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du cathéter peut provoquer des blessures, une maladie, voire la mort du patient.
  Vérifier le cathéter avant l'usage pour vous assurer que la taille, la forme et l'état sont adaptés pour l'intervention spécifique. Ne jamais utiliser de cathéters endommagés.
- Avant et pendant l'utilisation, rincer le cathéter avec une solution saline héparinisée stérile pour prévenir ou réduire la coagulation sanguine et l'embolie gazeuse. L'utilisation d'une héparinisation systémique doit être envisagée. En cas d'utilisation multiple dans le cadre de la même procédure, s'assurer que le cathéter est rincé et propre à l'extérieur.
- Ne pas exposer à des solvants organiques. (Tels que le Lipiodol/Ethiodol)
- Ne jamais dépasser la pression d'injection maximale mentionnée sur l'étiquette.
- Après usage, un cathéter peut présenter des risques biologiques. La manipulation, la mise au rebut et la destruction de cathéters usagés et de leurs emballages doivent être réalisées conformément aux lois et réglementations en vigueur et en suivant les processus adéquats.

Précautions
- Les décisions concernant les indications, les contre-indications et l'utilisation de ce cathéter doivent impérativement tenir compte des connaissances et des normes médicales actuelles. Il faut également vérifier si l'utilisation de ce produit est adaptée au patient.
- L'administration de médicaments avant, pendant et après l'opération doit suivre les pratiques et les normes médicales en vigueur.
  Pour éviter d'endommager le cathéter en le sortant de son emballage, il convient de le tenir au niveau de l'embase et de le soulever délicatement. Toujours manipuler le cathéter avec précaution. Une mauvaise prise en main lors du déballage ou de la préparation de ce produit risque de nuire à son efficacité.
- Pour éviter d'endommager le cathéter et les vaisseaux sanguins, utiliser un introducteur de gaine de cathéter afin d'introduire, d'avancer et de retirer l'obturateur, de la progression et du retrait du cathéter.
- Lors de l'insertion d'un cathéter avec un embout en forme de queue de cochon sur un guide posé sur le patient, l'embout à queue de cochon doit être redressé avec précaution et uniquement en utilisant un redresseur d'embout afin de prévenir l'endommagement de l'embout. Ne jamais redresser l'embout à la main.
  Faire extrêmement attention de ne pas endommager les vaisseaux par lesquels le cathéter passe. Le cathéter peut occlure les petits vaisseaux. Faire très attention à ne pas bloquer complètement le flux sanguin.
  Il convient de toujours recourir à un guidage fluoroscopique lors de la progression, de la manipulation et du retrait du cathéter.
- Si la gaine du cathéter se plie sévèrement, retirer le système en entier (le cathéter angiographique, le guide et l'introducteur de gaine de cathéter). Une torsion excessive risque d'endommager le cathéter et de provoquer une rupture du cathéter.
  En cas de résistance forte au cours de la manipulation, interrompre la procédure et déterminer la cause de cette résistance avant de poursuivre. Si la cause de la résistance ne peut pas être déterminée, retirer le cathéter. Le retrait simultané de tous les dispositifs utilisés peut être envisagé.
- Le retrait du cathéter du vaisseau et/ou du guide de la lumière du cathéter doit être effectué délicatement et avec le plus grand soin.
- Conserver dans un endroit frais, sec et sombre.

Complications possibles
Les complications possibles sont les suivantes (sans que la liste ne soit exhaustive):
- Arythmie
- Complications hémorragiques
- Décès
- Embolie (gazeuse)
- Hématomes au niveau du site de ponction
- Hémorragie
- Infection
- Infarctus et/ou ischémie myocardique
- Troubles neurologiques, y compris accident ischémique transitoire
- Migration de plaque lipidique
- Pseudo-anévrisme
- Formation de thrombus
- Traumatisme vasculaire, y compris dissection, perforation et/ou rupture
- Occlusion vasculaire
- Spasme vasculaire

Consignes d'utilisation
- Sortir le cathéter de son emballage avec précaution.
- Rincer le cathéter avec une solution saline héparinisée stérile.
- Introduire le cathéter dans le vaisseau sur un guide à demeure en utilisant la technique d'introduction percutanée souhaitée et avancer le cathéter avec précaution sous contrôle fluoroscopique jusqu'au point souhaité.
- Après le retrait du guide, procéder à l'angiographie.
- Pour le retrait du cathéter, il est recommandé de réinsérer le guide de cathéter. Retirer avec précaution le cathéter sous contrôle fluoroscopique.
  Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Lien vers le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances Cliniques (SSCP)
Le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances Cliniques (RCSPC) est disponible dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed).
Ce cathéter angiographique a l'UDI-DI de base : 18122PCI-AC22K.
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Clauses de garantie et limites de responsabilité
PendraCare International B.V. a apporté le plus grand soin au cours de la fabrication du présent produit.
Aucune garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans y être limitée, une garantie implicite quelconque concernant la valeur commerciale ou l'adéquation d'un usage particulier n'est accordée sur le produit PendraCare décrit dans cette publication. PendraCare ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un dommage quelconque direct, indirect ou apparaissant ultérieurement, autre que ceux expressément prévus par une législation spécifique. Aucun tiers n'est autorisé à contraindre PendraCare à remettre une représentation ou une garantie quelconque à l'exception de celle exposée dans la présente publication.
Les descriptions ou les spécifications contenues dans les publications PendraCare – y compris dans celle-ci – ne sont données qu'à titre de description générale de ce produit au moment de sa fabrication et ne constituent aucune garantie expresse.
PendraCare International B.V. ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct, indirect ou apparaissant ultérieurement, provoqué par la réutilisation du cathéter.

ESPAÑOL

Instrucciones de uso
Catéter angiográfico

Contenido
Catéter angiográfico

Descripción del dispositivo
El catéter angiográfico es un catéter intravascular trenzado, diseñado para suministrar un medio de contraste en vasos sanguíneos seleccionados durante una intervención angiográfica para facilitar la visualización del sistema vascular de un área objetivo, lo que ofrece el beneficio clínico para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares. Consulte más información sobre las dimensiones del catéter, la forma de las puntas, la compatibilidad de los cables guía y la máxima presión de inyección en las etiquetas del producto.

Uso previsto
Los catéteres angiográficos PendraCare están diseñados para administrar medios de contraste radiópacos en zonas seleccionadas del sistema vascular durante los procedimientos de cateterismo intervencionista o de diagnóstico en un vaso sanguíneo.

Grupo de pacientes objetivo
Pacientes que padecen enfermedades vasculares u otras anomalías que requieren visualización intravascular mejorada con medios de contraste de zonas seleccionadas del sistema vascular.

Usuarios previstos y entorno de uso
Los usuarios objetivo son profesionales médicos capacitados para realizar procedimientos de diagnóstico con catéteres intravasculares en un entorno clínico adecuado, como una sala de intervención, un laboratorio de cateterismo o un quirófano. El dispositivo está diseñado exclusivamente para médicos con formación en procedimientos con catéteres angiográficos y que estén familiarizados con las posibles complicaciones, efectos secundarios y peligros de los procedimientos de los vasos.

Indicaciones
Los catéteres angiográficos se han diseñado para suministrar medios de contraste radiopacos en zonas seleccionadas del sistema vascular.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna.

Advertencias
- Consulte la sección de símbolos en las Instrucciones de uso.
- No use el producto una vez superada la fecha "usar antes de" que se indica en la etiqueta.
- Los catéteres se suministran no pirógenos y estériles con un método de esterilización de óxido de etileno (EO). No use el catéter si su barrera estéril o su envase están dañados.
- Los catéteres son de un solo uso. No debe reutilizarlos, reprocesarlos ni resterilizarlos. La reutilización, el reprocesamiento o la resterilización pueden dañar la integridad estructural del catéter o provocar el fallo del producto que, a su vez, puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente. Los catéteres resultan extremadamente difíciles de limpiar tras exponerlos a materiales biológicos. Su reutilización, reprocesamiento o resterilización pueden crear un riesgo de contaminación del catéter o causar la infección o la infección cruzada de pacientes, incluyendo, entre otras cosas, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del catéter puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
- Inspeccione el catéter antes de usarlo para comprobar que el tamaño, la forma y la condición sean adecuados para la intervención en cuestión. No utilice catéteres dañados.
- Antes y durante su uso, enjuague el catéter con una solución salina heparinizada estéril para evitar o reducir los coágulos de sangre y las embolias aéreas. Debe plantearse el uso de una heparinización sistémica. En caso de uso múltiple en la misma intervención, asegúrese de enjuagar y limpiar el exterior del catéter.
- No exponga el producto a disolventes orgánicos (como lípiodo/etiodol).
- No supere la presión de inyección máxima indicada en la etiqueta.
- Una vez usado, un catéter puede constituir un riesgo biológico. La manipulación, la eliminación y la destrucción del catéter usado y de su envase deben llevarse a cabo de conformidad con la legislación y las normativas aplicables, de acuerdo con unos procesos adecuados.

Precauciones
- Las indicaciones, contraindicaciones y la utilización de este catéter siempre deben tener en cuenta las opiniones y normas médicas. Debe tenerse

prolóniu;
- Prokezajlovú vo atmosférickej tvorbe žijmá otrov kalétnica sa cez supodpa oxygéia, exsogénych, propolétnic kat oxpróste ton kotétnic jakou ovou kly cisonavúg ihrapoú kalétnic mavu ent éva rých tomoštenný ch vlyc ovaje.
- Katé tov esanyvní ovkc kalétnic je zmrozeblčkc dejce mávu atnú éva ódnoj oúqua mou éva tomnéhlyzmu otov ardšivý, ra omzaplčkc dejce tkp ntétov na eutlvyquamasní trosotnácn jóvo je jna kotálkých kontroly ospatné posovoyele kaštr na podzadovaní místo.
- Po výmutí vodičoh drátu žie provést atogonafi.
- Pro vlyonyní kaštrov dopovrúqvene opětzavšet vodíci drát. Za fluoroskopické kontroly katé opatrně vyměňte.
- Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, musí být nahlášen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém sídlí uživatel a/nebo pacient.

Odkaz na souhrn bezpečnostních a klinických výsledků (SSCP)

Souhrn bezpečnostních a klinických výsledků (SSCP) je k dispozici v evropské databázi zdravotnických prostředků (Eudamed). Tento angiografický katétr má základní UDI-DI: 18122PCI-AC22K. https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Prohlášení o zárukce a omezení ručení

Společnost PendraCare International B.V. vynaložila při výrobě tohoto zařízení přiměřenou péči.

Na výrobek PendraCare popsaný v tomto dokumentu se nevztahuje žádná výslovná ani mlčky předpokládaná záruka, kromě záruky, že byl vyroben v souladu se zárukou prodejních nebo vhodnost k určitému účelu. Společnost PendraCare za žádných okolností nenese odpovědnost za žádnou přímou, vedlejší ani následnou škodu, kterou by byla dlouhodobým opakovaného použití katétru.

MAGYAR

Használati útmutató –

Angiográfiás katéter

Tartalom

Az eszköz leírása

Az angiográfiás katéter egy fontot intravaszkulális katéter, melynek segítségével angiográfiás eljárás során kontrasztanyag juttatható be egy kiválasztott érbe, hogy egy célterületet érzéstemmedett különyelben láthatóvá tegye, ami az orvosi diagnosztikájában és kezelésében klinikai előnyt jelent. A katéter méretet, a hegy alakját, a vezetőképességét és a maximális injekciós nyomást illetően tanulmányozza a termékcímkéket.

Alkalmazási terület

A PendraCare angiográfiás katétereket arra tervezték, hogy diagnosztikus és/vagy beavatkozással járó érrendszeri katéteres eljárások során szubfrigő kontrasztanyagot juttassanak el érrendszerben meghatározott területekre.

Célzott betegcsoport

Az érrendszer meghatározott területeinek kontrasztanyaggal segített intravaszkulális lekképezését igénylő érrendszeri betegségekben vagy más eltérésekben szenvedő betegek.

Szövődmények

A lehetséges szövődmények többek közöttt a következők:

- Arrhythmia
- Véredés szövődményei
- Halál
- Légembólia
- Szívinfarktus, szívizom elhalás
- Vérzés
- Fertőzés
- Myocardialis ischaemia és/vagy infarktus
- Neurológiai deficit, beleértve a tranziens ischaemiás attackot vagy stroke-ot is
- Plakk elmozdulása
- Áteresztés
- Thromboembolizmus
- Érsérülés, beleértve a disszekciót, perforációt és/vagy ruptúrát
- Érrendszer
- Vazospazmus

Használati útmutató

Óvatosan vegye ki a katétert a csomagolásból.

Ellenőrizze a katéter sterit, hepariniz ált oldatát.

Perkután transluminális vezesse be a katétert az érpályába, egy behelyezett vezetődróton fúzve, majd fluoroszkópos ellenőrzés mellett óvatosan juttassa a katétert a kívánt helyre.

A vezetődrót eltávolítását követően elvégezhető az érrtés.

A katéter eltávolításához javasolt a vezetődrót visszahelyezése. Fluoroszkópos ellenőrzés mellett óvatosan húzza vissza a katétert.

Az eszköz használatának időszak beköövetkező szülős várattan esemémyekről minden esetben tájékoztassa a beteget, valamint a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helyéül szolgáló ország illetékes hatóságát.

A biztonságosságra és klinikai teljesítőképességre vonatkozó összefoglalókhoz (SSPC) vezető link

A biztonságosságra és klinikai teljesítőképességre vonatkozó összefoglalói (SSCP) megtalálhatók az orvostechnikai eszközök európai adatbázisában (EUDAMED). Az angiográfiás katéter alapvető UDI-DI azonosítója: 18122PCI-AC22K. https://ec.europa.eu/tools/eudamed

A jótállás és a jogorvoslat korlátozása

A PendraCare International B.V. megtételi gondosságát járt el a termék gyártása során.

Az előben a kiadványban ismertetett PendraCare termékre nincs kifejezett vagy vélelmezett garancia, ideértve kivétel nélkül bármilyen, a forgalomképességre és az adott célra való alkalmazhatóságra vonatkozó vélelmezett garanciákat. A PendraCare a vonatkozó törvény által kifejezetten megelőzhetően kivül semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, vélelten vagy következményes kárért. A PendraCare nem kötelezhető a kiadványban ismertetett garanciákon kívül semmilyen általfoglalásra vagy garanciára.

A PendraCare nyomtatott anyagaban szerepő leírások vagy specifikációk, beleértve a jelen kiadványt is, kizárólag a termék általános jellemzőstét szolgálják a gyártás idejében, és nem képeznek alapot semmilyen kifejezett garancián. A PendraCare kifejezetten elhárít minden felelősséget vagy vélelmezett semmilyen, a katéter alkalmazhatóságából származó közvetlen, vélelten vagy következményes kárért.

POLSKA

Instrukcja stosowania

Cewnik angiograficzny

Zawartość:

Cewnik angiograficzny

Opis przyrządu

Cewnik angiograficzny to wewnątrznaczyniowy cewnik zbrojony opletem,

- Consultați secțiunea de simboluri din Instrucțiunile de utilizare.
- Nu utilizați produsul după data de expirare specificată pe etichetă.
- Cateterele sunt livrate apirogene și sterilizate cu ajutorul metodei de sterilizare în oxid de etilenă. Utilizați numai cateterul dacă protecția sterilă și/sau ambalajul produsului sunt deteriorate.
- Cateterele sunt exclusiv de unică folosință. A nu se reutiliza, reprocesa sau resterilizara. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea pot compromite integritatea structurală a cateterului și/sau pot determina defectarea acestuia, iucru care, la rândul său, poate determina rănirea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. Cateterele sunt externe de dificil de curățat după expunerea la materialele biologice. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea pot da naștere riscului de contaminare a cateterului și/sau pot determina infecțarea sau infectarea încrucișată a pacientului, inclusiv, fără a se limita la transmiterea de boli infecțioase de la un pacient la altul. Contaminarea cateterului poate determina rănirea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Inspectați cateterul înainte de utilizare pentru a vă asigura că dimensiunea, forma și starea acestuia sunt adecvate pentru procedura respectivă. A nu se utiliza cateterele deteriorate.
- Înainte și în timpul utilizării, spălați cateterul cu soluție salină heparinizată, sterilă pentru a preveni sau reduce formarea de cheaguri de sânge și emolia gazoasă. Se recomandă utilizarea heparinizării sistemice. În cazul mai multor utilizări în cadrul aceleiași proceduri, cateterul trebuie spălat cu soluție salină la fiecare schimbare.
- A nu se expune la solventi organici. (Cum ar fi Lipiodol/Etiodol)
- A nu se depăși presiunea maximă de injectare menționată pe etichetă.
- După utilizare, cateterul poate reprezenta un pericol biologic. Manipularea, eliminarea și distrugerea cateterului uzat și a ambalajului acestuia trebuie realizate în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare și respectând procedurile adecvate.

Măsuri de precauție

- Indicație, contraindicațiile și utilizarea acestui cateter trebuie să le întotdeauna în considerare cunoștințele și standardele medicale de actualitate. Trebuie luată în considerare și compatibilitatea cateterului cu procedura utilizată.
- Administrarea de medicamente pre-, intra- și postoperatorie trebuie realizată în conformitate cu standardele medicale de actualitate.
- Pentru a evita deteriorarea vârfului cateterului la despachetare, prindeți cateterul de partea centrală și ridicați-l cu grijă. Manipulați întotdeauna cateterul cu fluxul mare atent. Nu manipulați niciodată cateterul de vârf. Pentru a materialelor biologicoase cu atenție nieschiate trudo jeti oczyści. Ponowne użycie, przetwarzanie lub podstawa sterylizacji może stwarzać ryzyko zanieczyszczenia cewnika i/lub być przyczyną urazu, zachorowania lub zgonu pacjenta. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar, kształt i stan cewnika są odpowiednie dla danego zabiegu. Nie używać uszkodzonych cewników.
- Przed stosowaniem należy przepłukać cewnik heparynizowanym roztworem sterylnej soli fizjologicznej, by zapobiec możliwości krzepnięcia krwi oraz powstania zatoru powietrznego lub je zredukować. Należy rozważyć zastosowanie systemowej heparynizacji. W przypadku wielokrotnego użycia cewnika podczas zabiegu należy zapewnić przepukiwanie i czyszczenie cewnika z zewnątrz.
- Produktu nie należy narażać na działanie rozpuszczalników organicznych (takich jak Lipiodol/Etiodol).
- Nie przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia wstrzykiwania podanej na etykiecie produktu.
- Po użyciu cewnik mogą stwarzać zagrożenie biologiczne. Przenoszenie, usuwanie i niszczenie zużytych cewników oraz ich opakowań powinno być przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi przepisami i przepisami, z uwzględnieniem przestrzegania właściwych procedur.

Środki ostrożności

- W odniesieniu do wskazań, przeciwwskazań i sposobu użycia należy zawsze uwzględniać aktualny stan wiedzy medycznej oraz obowiązujące standardy medyczne. Należy rozważyć odpowiedniość zastosowania tego produktu u konkretnego pacjenta.
- Podanie leków przed zabiegiem, w jego trakcie oraz po zabiegu powinno być zgodne z aktualnymi standartami medycznymi.
- Aby zapobiec uszkodzeniu końcówki cewnika przy wymowaniu z opakowania, należy chwycić cewnik za grzdzi i ostrożnie wyjąć. W cewnikach należy obchodzić się z największą ostrożnością. Niezostrzne obchodzenie się z cewnikiem podczas wymowania z opakowania lub przygotowania może wpłynąć na sposób działania produktu.
- Aby uniknąć uszkodzenia cewnika oraz naczynia krwionośnego, cewnik należy wprowadzać, przesuwać i wyjmować przez kosuzkę introduktora cewnika i po uprzednio ustawionym prowadniku.
- Podczas wprowadzania cewnika z końcówką o kształcie typu pigtail po prowadniku umieszczonym w ciele pacjenta końcówkę typu pigtail należy ostrożnie prostować, wprowadzając prowadnik przez światło cewnika, aby uniknąć uszkodzenia końcówki. Nie wolno prostować cewnika ręcznie.
- Należy zachować najwiękzą ostrożność, by uniknąć uszkodzenia układu naczyniowego, przez który przechodzi cewnik. Cewnik może powodować ubytki drobnych jaszczi naczyń. Należy uważać, by uniknąć całkowitej blokady przepływu krwi.
- Przesuwanie prowadnika cewnika oraz manipulowanie nim powinno być zawsze wykonywane pod kontrolą fluoroskopową.
- W przypadku powiązanego zapętlenia trzonu cewnika należy wyjąć cały system (cewnik angiograficzny, prowadnik i kosuzkę introduktora cewnika). Nadmierne skręcenie cewnika może go uszkodzić, co może doprowadzić do przerwania cewnika.
- W przypadku napotkania silnego oporu podczas manipulacji należy przerwać procedurę i kontynuować ją dopiero po ustaleniu przyczyny wystąpienia oporu. Jeśli nie można określić przyczyny oporu, należy wyjąć cewnik. Należy rozważyć jednoczesne wycofanie cewnika wspólnie z prowadnikiem.
- Wymywanie cewnika z układu naczyniowego i/lub prowadnika ze światła cewnika należy wykonywać z maksymalną ostrożnością.
- Cewnik należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Powiklania

Możliwe powikłania to między innymi:

- niemiarowość rytmu serca
- powiklania krwotoczne
- zgon
- zator (powietrzny)
- krwiak w miejscu wkłucia
- krwotok
- zakażenie
- niedokrwienie i/lub zawał mięśnia sercowego
- deficyt neurologiczny, w tym przejściowy atak niedokrwienny / udar mózgu
- przemieszczenie się blaszek miażdżycowych
- tętniak cekowy
- tworzenie się skrzepów
- uszkodzenie naczynia, w tym jego rozwarstwienie, perforacja i/lub pęknięcie
- okluzja naczynia
- skurcz naczyniowy

Instrukcje dotyczące stosowania

- Otrzymane wyjąć cewnik z opakowania.
- Przepłukać cewnik jałowym heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
- Wprowadzić cewnik do układu naczyniowego po prowadniku umieszczonym w ciele pacjenta za pomocą dowolnie wybranej techniki przezskórnej i ostrożnie przesunąć cewnik do zadanej lokalizacji pod kontrolą fluoroskopową.
- Po wyjęciu prowadnika można przystąpić do badanie angiograficzne.
- W celu wyjęcia cewnika zaleca się ponowne wprowadzenie prowadnika. Ostrożnie wysunąć cewnik pod kontrolą fluoroskopową.
- Wszystkie powołane zdarzenia zwłaszcza z wpływem należy zgłaszać do producenta oraz właściwych organów na terenie kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Link do podsumowania dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP)

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (ang. Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) jest dostępne w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych (Eudamed). Kod Basic UDI-DI tego cewnika angiograficznego to: 18122PCI-AC22K. https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia rozszerzeń

Firma PendraCare International B.V. zachowała należytą staranność w procesie wytwarzania tego produktu.

Nie istnieją gwarancje wyraźne ani domniemane, w tym domniemane gwarancje pokupności lub przydatności do określonego celu, dotyczące opisanego w tej publikacji produktu firmy PendraCare. Firma PendraCare w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe ani wynikowe inne niż jasno wyrażone przez konkretne prawo. Nikt nie jest uprawniony do zobowiązywania firmy PendraCare oświadczeniami lub gwarancjami innymi niż wyszczególnione w niniejszym dokumencie.

Opisy i specyfikacje zawarte w materiałach drukowanych firmy PendraCare, łącznie z niniejszą publikacją, mają wyłącznie charakter ogólnego opisu produktu w momencie produkcji i nie stanowią wyrażonej gwarancji.

Firma PendraCare International B.V. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, przypadkowe ani wynikowe, wynikające z ponownego stosowania cewnika.

ROMÂNĂ

Instrucțiuni de utilizare

Cateter angiografic

Conținut:

Cateter angiografic

Descrierea dispozitivului

Cateterul angiografic este un cateter intravascular lipidit. destinat introducerii de substante de contrast în vasele sanguine selectate în timpul unei proceduri angiografice pentru a facilita vizualizarea sistematică vasculară al unei zone țintă, care oferă beneficii clinice pentru diagnosticarea și tratamentul bolilor vasculare. Pentru detalii cu privire la dimensiunile cateterului, forma vârfului, compatibilitatea cu fluidul de ghidaj și presiunea maximă de injectare, consultați etichetele produsului.

Utilizare preconizată

Cateterele angiografice PendraCare sunt destinate introducerii de substante de contrast radiopace în locurile selectate din sistemul vascular în timpul procedurilor de diagnosticare și/sau de cateterizare intervențională într-un vas de sânge.

Grupul țintă de pacienți

Pacienți care suferă de boli vasculare sau de alte anomalii care necesită vizualizarea intravasculară îmbunătățită cu substanță de contrast a unor locuri selectate din sistemul vascular.

Utilizarea prevăzută și mediu de utilizare

Utilizatori-țintă sunt profesioniști din domeniul medical instruiți în efectuarea procedurilor de diagnosticare cu ajutorul cateterelor intravasculare într-un cadru clinic adecvat, cum ar fi o sală de intervenție, un laborator de cateterizare sau o sală de operații. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru mediciși care sunt instruiți în procedurii cu cateztere angiografice și care sunt familiarizați cu complicațiile, efectele secundare și pericolele imaginabile ale procedurilor vasculare.

Indicații

Cateterele angiografice sunt destinate introducerii de substante de contrast radiopace în locurile selectate din sistemul vascular.

Contraindicații

Nu se cunosc.

Avertismente

- Consultați secțiunea de simboluri din Instrucțiunile de utilizare.
- Nu utilizați produsul după data de expirare specificată pe etichetă.
- Cateterele sunt livrate apirogene și sterilizate cu ajutorul metodei de sterilizare cu oxid de etilenă. Utilizați numai cateterul dacă protecția sterilă și/sau ambalajul produsului sunt deteriorate.
- Cateterele sunt exclusiv de unică folosință. A nu se reutiliza, reprocesa sau resterilizara. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea pot compromite integritatea structurală a cateterului și/sau pot determina defectarea acestuia, iucru care, la rândul său, poate determina rănirea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. Cateterele sunt externe de dificil de curățat după expunerea la materialele biologice. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea pot da naștere riscului de contaminare a cateterului și/sau pot determina infecțarea sau infectarea încrucișată a pacientului, inclusiv, fără a se limita la transmiterea de boli infecțioase de la un pacient la altul. Contaminarea cateterului poate determina rănirea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Inspectați cateterul înainte de utilizare pentru a vă asigura că dimensiunea, forma și starea acestuia sunt adecvate pentru procedura respectivă. A nu se utiliza cateterele deteriorate.
- Înainte și în timpul utilizării, spălați cateterul cu soluție salină heparinizată, sterilă pentru a preveni sau reduce formarea de cheaguri de sânge și emolia gazoasă. Se recomandă utilizarea heparinizării sistemice. În cazul mai multor utilizări în cadrul aceleiași proceduri, cateterul trebuie spălat cu soluție salină la fiecare schimbare.
- A nu se expune la solventi organici. (Cum ar fi Lipiodol/Etiodol)
- A nu se depăși presiunea maximă de injectare menționată pe etichetă.
- După utilizare, cateterul poate reprezenta un pericol biologic. Manipularea, eliminarea și distrugerea cateterului uzat și a ambalajului acestuia trebuie realizate în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare și respectând procedurile adecvate.

Măsuri de precauție

- Indicație, contraindicațiile și utilizarea acestui cateter trebuie să le întotdeauna în considerare cunoștințele și standardele medicale de actualitate. Trebuie luată în considerare și compatibilitatea cateterului cu procedura utilizată.
- Administrarea de medicamente pre-, intra- și postoperatorie trebuie realizată în conformitate cu standardele medicale de actualitate.
- Pentru a evita deteriorarea vârfului cateterului la despachetare, prindeți cateterul de partea centrală și ridicați-l cu grijă. Manipulați întotdeauna cateterul cu fluxul mare atent. Nu manipulați niciodată cateterul de vârf. Pentru a materialelor biologicoase cu atenție nieschiate trudo jeti oczyści. Ponowne użycie, przetwarzanie lub podstawa sterylizacji może stwarzać ryzyko zanieczyszczenia cewnika i/lub być przyczyną urazu, zachorowania lub zgonu pacjenta. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar, kształt i stan cewnika są odpowiednie dla danego zabiegu. Nie używać uszkodzonych cewników.
- Przed stosowaniem należy przepłukać cewnik heparynizowanym roztworem sterylnej soli fizjologicznej, by zapobiec możliwości krzepnięcia krwi oraz powstania zatoru powietrznego lub je zredukować. Należy rozważyć zastosowanie systemowej heparynizacji. W przypadku wielokrotnego użycia cewnika podczas zabiegu należy zapewnić przepukiwanie i czyszczenie cewnika z zewnątrz.
- Produktu nie należy narażać na działanie rozpuszczalników organicznych (takich jak Lipiodol/Etiodol).
- Nie przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia wstrzykiwania podanej na etykiecie produktu.
- Po użyciu cewnik mogą stwarzać zagrożenie biologiczne. Przenoszenie, usuwanie i niszczenie zużytych cewników oraz ich opakowań powinno być przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi przepisami i przepisami, z uwzględnieniem przestrzegania właściwych procedur.

Środki ostrożności

- W odniesieniu do wskazań, przeciwwskazań i sposobu użycia należy zawsze uwzględniać aktualny stan wiedzy medycznej oraz obowiązujące standardy medyczne. Należy rozważyć odpowiedniość zastosowania tego produktu u konkretnego pacjenta.
- Podanie leków przed zabiegiem, w jego trakcie oraz po zabiegu powinno być zgodne z aktualnymi standartami medycznymi.
- Aby zapobiec uszkodzeniu końcówki cewnika przy wymowaniu z opakowania, należy chwycić cewnik za grzdzi i ostrożnie wyjąć. W cewnikach należy obchodzić się z największą ostrożnością. Niezostrzne obchodzenie się z cewnikiem podczas wymowania z opakowania lub przygotowania może wpłynąć na sposób działania produktu.
- Aby uniknąć uszkodzenia cewnika oraz naczynia krwionośnego, cewnik należy wprowadzać, przesuwać i wyjmować przez kosuzkę introduktora cewnika i po uprzednio ustawionym prowadniku.
- Podczas wprowadzania cewnika z końcówką o kształcie typu pigtail po prowadniku umieszczonym w ciele pacjenta końcówkę typu pigtail należy ostrożnie prostować, wprowadzając prowadnik przez światło cewnika, aby uniknąć uszkodzenia końcówki. Nie wolno prostować cewnika ręcznie.
- Należy zachować najwiękzą ostrożność, by uniknąć uszkodzenia układu naczyniowego, przez który przechodzi cewnik. Cewnik może powodować ubytki drobnych jaszczi naczyń. Należy uważać, by uniknąć całkowitej blokady przepływu krwi.
- Przesuwanie prowadnika cewnika oraz manipulowanie nim powinno być zawsze wykonywane pod kontrolą fluoroskopową.
- W przypadku powiązanego zapętlenia trzonu cewnika należy wyjąć cały system (cewnik angiograficzny, prowadnik i kosuzkę introduktora cewnika). Nadmierne skręcenie cewnika może go uszkodzić, co może doprowadzić do przerwania cewnika.
- W przypadku napotkania silnego oporu podczas manipulacji należy przerwać procedurę i kontynuować ją dopiero po ustaleniu przyczyny wystąpienia oporu. Jeśli nie można określić przyczyny oporu, należy wyjąć cewnik. Należy rozważyć jednoczesne wycofanie cewnika wspólnie z prowadnikiem.
- Wymywanie cewnika z układu naczyniowego i/lub prowadnika ze światła cewnika należy wykonywać z maksymalną ostrożnością.
- Cewnik należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Powiklania

Możliwe powikłania to między innymi:

- niemiarowość rytmu serca
- powiklania krwotoczne
- zgon
- zator (powietrzny)
- krwiak w miejscu wkłucia
- krwotok
- zakażenie
- niedokrwienie i/lub zawał mięśnia sercowego
- deficyt neurologiczny, w tym przejściowy atak niedokrwienny / udar mózgu
- przemieszczenie się blaszek miażdżycowych
- tętniak cekowy
- tworzenie się skrzepów
- uszkodzenie naczynia, w tym jego rozwarstwienie, perforacja i/lub pęknięcie
- okluzja naczynia
- skurcz naczyniowy

Instrukcje dotyczące stosowania

- Otrzymane wyjąć cewnik z opakowania.
- Przepłukać cewnik jałowym heparynizowanym roztworem soli fizjologicznej.
- Wprowadzić cewnik do układu naczyniowego po prowadniku umieszczonym w ciele pacjenta za pomocą dowolnie wybranej techniki przezskórnej i ostrożnie przesunąć cewnik do zadanej lokalizacji pod kontrolą fluoroskopową.
- Po wyjęciu prowadnika można przystąpić do badanie angiograficzne.
- W celu wyjęcia cewnika zaleca się ponowne wprowadzenie prowadnika. Ostrożnie wysunąć cewnik pod kontrolą fluoroskopową.
- Wszystkie powołane zdarzenia zwłaszcza z wpływem należy zgłaszać do producenta oraz właściwych organów na terenie kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Link do podsumowania dotyczącego bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP)

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (ang. Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) jest dostępne w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych (Eudamed). Kod Basic UDI-DI tego cewnika angiograficznego to: 18122PCI-AC22K. https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia rozszerzeń

Firma PendraCare International B.V. zachowała należytą staranność w procesie wytwarzania tego produktu.

Nie istnieją gwarancje wyraźne ani domniemane, w tym domniemane gwarancje pokupności lub przydatności do określonego celu, dotyczące opisanego w tej publikacji produktu firmy PendraCare. Firma PendraCare w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe ani wynikowe inne niż jasno wyrażone przez konkretne prawo. Nikt nie jest uprawniony do zobowiązywania firmy PendraCare oświadczeniami lub gwarancjami innymi niż wyszczególnione w niniejszym dokumencie.

Opisy i specyfikacje zawarte w materiałach drukowanych firmy PendraCare, łącznie z niniejszą publikacją, mają wyłącznie charakter ogólnego opisu produktu w momencie produkcji i nie stanowią wyrażonej gwarancji.

Firma PendraCare International B.V. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, przypadkowe ani wynikowe, wynikające z ponownego stosowania cewnika.

SLOVENŠČINA

Návod na použitie

Angiografický katéter

Obsah:

Angiografický katéter

Popis pomôcky

Angiografický katéter je opletený intravaskulárny katéter určený na podávanie kontrastnej látky do vybraných krvných ciev počas angiografického vyšetrenia, ktorý umožňuje zobrazenie cieleného systému cievneho obehu, vďaka ktorému je možné diagnostikovať a liečiť ochorenia cievneho systému pomocou kontrastnej látky. Ivarách zakončenia, kompatibilite vodiča a maximálnom injekčnom tlaku nájdete na štítkoch výrobkov.

Plánované použitie

Angiografické katétre PendraCare slúžia na podávanie rádiopozitívnej kontrastnej látky vo vybraných oblastiach cievneho systému počas diagnostiky alebo postupov intervenčnej katetizácie v cievach.

Cieľová skupina pacientov

Pacienti s ochoreniami ciev alebo inými anomáliami, ktoré si vyžadujú intravaskulárnu vizualizáciu vybraných oblastí cievneho systému pomocou kontrastnej látky.

Určení používatelia a prostredie použitia

Cieľovými používateľmi sú lekári zaškolení na vykonávanie diagnostických postupov s intravaskulárnymi katétrami vo vhodnom klinickom prostredí, ako sú zákrokovňa, katetizačné laboratórium alebo operačná sála. Pomôcka je určená výlučne pre lekárov, ktorí sú zaškolení na vykonávanie postupov s angiografickými katétrami a poznajú prípadné komplikácie, vedľajšie účinky a nebezpečenstvá súvisiace so vaskulárne.

Indikácie

Angiografické katétre sú určené na RTG podávanie kontrastnej látky do vybraných oblastí cievneho systému.

Kontraindikácie

Nie sú známe.

Varovania

- Pozrite si časť o symboloch v tomto návode na použitie.
- Výrobok nepoužívajte po uplynutí dátumu uvedeného na štítku za údajom „použiť do".
- Katétre sa dodávajú nepyrogénne a sterilné prostredníctvom metódy etylénoxidovej (EO) sterilizácie. Katéter nepoužívajte, ak je poškodená jeho sterilná bariéra alebo obal.
- Katétre sú určené výhradne na použitie v jednom zákroku. Nepoužívajte opakovane, nesprac ovávajte opakovane ani opakovane nesterilizujte. Opakované použitie, opakované spracovanie alebo opakovaná sterilizácia môžu ohrozit integritu štruktúry katétra a/alebo spôsobiť jeho zlyhanie, čo môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta. Po vystavení biologickým materiálom sa katétre ťažko čistia mimoriadne ťažko. Opakované použitie, opakované spracovanie alebo opakovaná sterilizácia môžu spôsobiť kontamináciu katétra alebo infekciu či krížovú infekciu pacienta, napríklad prenos infekčných chorôb z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia katétra môže viesť k zraneniu, chorobe alebo smrti pacienta.
- Pred použitím katéter skontrolujte, aby sa jeho veľkosť, tvar a stav vhodné pre konkrétny postup. Poškodené katétre nepoužívajte.
- Pred použitím a počas používania katéter prepláchajte sterilným heparinizovaným fyziologickým roztokom, aby ste predišli riziku alebo zníženiu rizika vzniku krvných zrazenín alebo vzduchovej embólie. Treba zvážiť použitie systémovej heparinizácie. V prípade viacerých použití počas toho istého zákroku dbajte na prepláchavanie a čistenie vonkajšej strany katétra.
- Nevystavujte organickým rozpúšťadlám (ako je Lipiodol/Etiodol).
- Neprekračujte maximálnu hodnotu tlaku uvedenú na štítku.
- Po použití môže katéter predstavovať biologické nebezpečenstvo. Manipulácia s použitým katétrom a obalom, ich likvidácia a zničenie sa musia vykonať v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami za dodržania vhodných postupov.

Bezpečnostné opatrenia

- Indikácie, kontraindikácie a použitie tohto katétra musia vždy zohľadňovať aktuálne lekárske názory a štandardy. Je potrebné zvážiť vhodnosť použitia tohto výrobku u konkrétneho pacienta.
- Podávanie liekov pred vykonaním, počas neho a po ňom sa musí vykonať podľa aktuálnych lekárskych štandardov.
- Katéter vyberajte opatrne z balenia a zlatka ho nadvihnite, aby ste predišli poškodeniu konca katéra pri vytiahnutí. S katétrom vždy manipulujte s najväčšou opatrnosťou. Nesprávna manipulácia počas odbaľovania alebo prípravy môže ovplyvniť výkonnosť výrobku.
- Katéter zavádzajte, posúvajte a vyberajte cez pružnový zavádzací katéter a po vopred umiestnenom vodiči, aby ste predišli poškodeniu katétra a krvných ciev.
- Pri zavádzaní katétra so zakončením v tvare oblúka („pig-tail") po vodiči zavedenom v pacientovi sa musí cievnicou v tvare oblúka vyrovnávať opatrne a len pomocou vyrovnávacia zakončenia, aby nedošlo k poškodeniu zakončenia. Nevyrovnávajte ho rukou.
- Dávajte si mimoriadny pozor, aby ste predišli poškodeniu vaskulatúry, cez ktorú katéter prechádza. Katéter môže spôsobiť drobné poškodenie ciev pozdĺž pozor, aby sa úplne nezablokoval prietok krvi.
- Posúvanie, manipulácia a vyberanie katétra sa musia vždy vykonávať pod

- Smrť
- (Vaskulárna) embólia
- Hematóm na mieste úboda
- Krvácanie
- Infekcia
- Ischemická mozgová príhoda
- Prechodný ischemický záchvat
- Migrácia plaku
- Pseudo-aneuryzma
- Arteriálna venózna uzrubaka
- Poveda krvných sudova ukljućujući disekciju, probiranje i/ili puncije
- Okluzija krvnih sudova
- Cerebrálna ishemija

Upustvo za upotrebu

- Pažljivo izvadite kateter iz pakovanja.
- Isperite kateter sterilnim heparinizovanim fiziološkim rastvorom.
- Uvedite kateter u vaskularni sistem upotrebom bilo koje vrste kožne perkutane tehnike uvođenja po želji i pažljivo gurajte kateter pod fluoroskopskim nadzorom prema željenom mestu.
- Nakon završetka angiografskog ispitivanja, angiografija može započeti.
- Pri uklanjanju katetera preporučuje se ponovno uvođenje vodič-žice. Pažljivo izvucite kateter pod fluoroskopskim nadzorom.
- Svaki ozbiljan incident koji se javi u vezi sa uređajem treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu države članice u kojoj korisnik, odnosno pacijent, prijavljen.

Veza do sažetka bezbednosti i kliničkih performansi (SBKP)

Sažetak bezbednosti i kliničkih performansi (SBKP) dostupan je u Evropskoj bazi podataka o medicinskim uređajima (Eudamed).

Ovaj angiografski kateter ima osnovni UDI-DI: 18122PCI-AC22K. https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Odricanje od garancije i ograničenje pravnog lека

Kompanija PendraCare International B.V. je pažljivo proizvela ovaj proizvod. Za proizvod PendraCare, koji je opisan u ovoj brošuri, ne postoji izričita niti podrazumevana garancija, uključujući bez ograničenja bilo kakvu garanciju o utrživosti ili podobnosti za određenu svrhu. Kompanija PendraCare nije ni pod kakvim okolnostima odgovorna za neposredno, slučajno ili posledično štetu ovim proizvodom, bez obzira na osnovu koja je navedena u odgovarajućem zakonu. Nijedno lice nije ovlašćeno da kompaniju PendraCare na bilo kakvo zastupanje ili davanje garancije koje je to ovde određeno.

Opisi ili specifikacije u štampanom materijalu kompanije PendraCare, uključujući ovo izdanje, sključivo su namenjeni opisu proizvoda u vreme proizvodnje i ne sadrže izričite garancije.

Kompanija PendraCare International B.V. nije odgovorna za neposrednu, slučajnu ili posledičnu štetu koja proizilazi iz višestruke upotrebe katetera.

العربي

استخدام المقصود

تصميم قسطرة PendraCare للتصوير الوعائي الحراري لحقن وسائط الأشعة السائلة في الأوعية الدموية المختارة لتسهيل التصوير الشعاعي المنهجي لمنطقة الهدف في النظام الوعائي، مما يوفر فوائد سريرية في التشخيص والعلاج لأمراض الأوعية الدموية. يرجى الاطلاع على الملصقات الخاصة بالمنتج لمعرفة التفاصيل حول أبعاد القسطرة وشكل الطرف والتوافق مع سلك التوجيه والضغط الأقصى للحقن.

المجموعة المستهدفة من المرضى

المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية أو غيرها من الحالات المرضية التي تتطلب تصورًا وعائيًا للأوعية المختارة بوسائط الأشعة السائلة لتصور المنطقة المستهدفة في النظام الوعائي.

المستخدمون المستهدفون وبيئة الاستخدام

المستخدمون المستهدفون هم الأطباء المدربون على إجراء القسطرة الوعائية في بيئة سريرية مناسبة مثل غرفة القسطرة أو غرفة العمليات. الجهاز مصمم حصريًا للأطباء الذين تدربوا على إجراءات القسطرة الوعائية وعلى دراية بالمضاعفات والآثار الجانبية والمخاطر المحتملة لإجراءات القسطرة الوعائية التي يمكن تصورها.

دواعي الاستخدام

قسطرة PendraCare الوعائية مصممة لتوفير مواد التباين المقطعة للأشعة إلى المواقع المختارة ضمن نظام الأوعية الدموية.

الآثار الجانبية المحتملة

تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

- عدم انتظام ضربات القلب
- نزيف
- تكون جلطة دموية (انسداد)
- الموت
- انسداد الشريان التاجي
- احتشاء عضلة القلب
- نقص تروية عضلة القلب
- الانسداد الرئوي
- تكون جلطة دموية في الدماغ
- نوبة إقفارية عابرة
- انتقال الصفائح
- تكون جلطة دموية الكاذب
- تشكل الخثيات الجرثومية
- تلف الأوعية الدموية بما في ذلك قطع الأوعية أو تقسيها أو انشقاقها
- انسداد الأوعية
- تشنج الأوعية

تعليمات الاستعمال

- الرجوع إلى تعليمات الاستعمال.
- يجب إدخال القسطرة إلى الأوعية عبر سلك توجيه مناسب باستخدام تقنية الإدخال عبر الجلد المتبعة. يجب توجيه القسطرة بمساعدة التصوير الشعاعي.
- بعد إزالة سلك التوجيه،